EnteraLite® Infinity®
POMPE D'ALIMENTATION ENTÉRALE

AIDE-MÉMOIRE
INSTRUCTIONS

PRÉPARATION ET INSTALLATION DU DISPOSITIF JETABLE

CES INSTRUCTIONS NE REMPLACENT PAS LE GUIDE D'UTILISATION.
Lisez attentivement le guide d'utilisation avant d'utiliser la pompe.
Mode d'emploi de la pompe au verso.

ÉTAPE 1

Si vous utilisez la tubulure à fiche perforante avec une bouteille munie d'une prise d'air ou avec un sac prérempli, retirez le capuchon protecteur de la fiche perforante puis insérez la fiche perforante dans l'adaptateur du contenant de préparation.

Si vous utilisez le dispositif jetable de 500 ml ou de 1 200 ml, tenez le sac en position verticale et versez-y la préparation. Fermez bien le couvercle.



ÉTAPE 2

Retirez le capuchon protecteur de l'adaptateur barbelé.



ÉTAPE 3

Retournez le sac et pressez-le délicatement. Au besoin, penchez le sac afin de maintenir l'air dans l'embouchure de la tubulure. En même temps, pincez délicatement la tubulure sous le symbole « », dans la section de couleur bleu sarcelle. Maintenez cette position jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'air dans la tubulure. Simultanément, pressez délicatement le sac pour faciliter l'écoulement du liquide.



ÉTAPE 4

Placez la tubulure de silicone autour du rotor de la pompe en l'étirant légèrement.

Placez la cassette dans la pompe. Fermez le volet de la pompe.



ÉTAPE 5

Appuyez sur la touche **ON/OFF** et maintenez-la enfoncée pendant 1,5 seconde afin de mettre la pompe sous tension.

S'il reste de l'air dans la tubulure, appuyez sur la touche **PRIME** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la préparation arrive au niveau de l'adaptateur barbelé rouge.



NestléHealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH

À moins de mention contraire, toutes les marques de commerce sont la propriété de la Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suisse. EnteraLite® et Infinity® sont des marques de commerce de MOOG, Inc. © 2013 Nestlé Nutrition et Santé Inc. Tous droits réservés. 200708 Rev A-F Juillet-13

EnteraLite® Infinity®
POMPE D'ALIMENTATION ENTÉRALE

AIDE-MÉMOIRE
INSTRUCTIONS

PROGRAMMATION ET UTILISATION DE LA POMPE

CES INSTRUCTIONS NE REMPLACENT PAS LE GUIDE D'UTILISATION.
Lisez attentivement le guide d'utilisation avant d'utiliser la pompe. Instructions pour la préparation et l'installation du dispositif jetable au verso.

ÉTAPE 1

Suspendez le sac de sorte que sa partie inférieure soit au même niveau que le volet de la pompe ou plus haut.
- OU -
Placez la pompe et le dispositif dans un sac de transport de Moog en maintenant la pompe, le sac et la tubulure en place à l'aide des courroies prévues à cet effet.



ÉTAPE 2

Appuyez sur la touche **ON/OFF** et maintenez-la enfoncée pendant 1,5 seconde afin de mettre la pompe sous tension.

Après le processus d'autovérification, l'écran affichera le dernier débit programmé.

ÉTAPE 3

Programmez le débit prescrit à l'aide des touches (**+**) et (**-**).

ÉTAPE 4

Appuyez sur la touche **RATE/DOSE** pour afficher la dose. Programmez la dose prescrite à l'aide des touches (**+**) et (**-**). Si vous souhaitez programmer un intervalle entre les administrations, passez à l'étape 5. Dans le cas contraire, allez à l'étape 6.

ÉTAPE 5

Appuyez sur la touche **FEED INT** pour afficher l'intervalle entre les administrations. Effacez l'intervalle programmé en appuyant sur la touche **CLEAR** ou programmez un intervalle en indiquant le nombre désiré d'heures et de minutes à l'aide des touches (**+**) et (**-**).



ÉTAPE 6

Appuyez sur la touche **RUN/PAUSE** pour mettre la pompe en marche.

ÉTAPE 7

Après l'administration, appuyez sur la touche **ON/OFF** et maintenez-la enfoncée pendant 1,5 seconde afin de mettre la pompe hors tension.

SÉQUENCE DE PROGRAMMATION DE LA POMPE

On peut mettre la pompe en mode pause en tout temps en appuyant de nouveau sur la touche **RUN/PAUSE**.

NestléHealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH

Pour en savoir plus sur les pompes d'alimentation entérale EnteraLite® Infinity®, la formation et les services offerts, **veuillez communiquer avec le responsable territorial de Nestlé Health Science au 1 800 565-1871**